

ODPOWIEDŹ NR 2 ZP 03/2024

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gorzowie Wlkp. w odpowiedzi na zapytania informuję, że:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści w pkt.2 okulistyczny aparat ultrasonograficzny z sondą typu B 10MHz?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści w pkt.3 okulistyczny aparat ultrasonograficzny bez możliwości wykonywania biometrii sondą typu B?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści w pkt.4 okulistyczny aparat ultrasonograficzny o zakresie regulacji wzmocnienia od 0 do 90 dB?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści w pkt.6 okulistyczny aparat ultrasonograficzny o zakresie regulacji wzmocnienia przedniego odcinka T.G.C. od 0 do – 20 dB?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści w pkt.8 okulistyczny aparat ultrasonograficzny o głębokości obrazowania 50mm?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści w pkt.12 okulistyczny aparat ultrasonograficzny z formułami do kalkulacji: SRK-II, SRK-T, Holladay, Binkhorst-II, Hoffer-Q, Haigis?

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga wbudowanego w program formuły do kalkulacji: SRK-II, SRK-T, Holladay, Binkhorst-II, Hoffer-Q, Haigis.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści w pkt.14 okulistyczny aparat ultrasonograficzny z możliwością kalkulacji dla trzech różnych implantów jednocześnie?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści w pkt.15 okulistyczny aparat ultrasonograficzny z wyposażony w sondę typu A bez wskaźnika laserowego?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści w pkt.17 okulistyczny aparat ultrasonograficzny o masie 8.5kg?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny o masie 8.5kg

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści w pkt.18 okulistyczny aparat ultrasonograficzny z 1 x USB (1.1), 1 x LAN, 1 x RS-232C, 1 x video output (NTSC)?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni
Lekarskiej SP ZOZ w Gorzowie Wlkp.


ppłk rez. lek. med. Stanisław Konefał