

ODPOWIEDŹ NR 3 ZP 03/2024

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gorzowie Wlkp. w odpowiedzi na zapytania informuję, że:

Część 2 Audiometr impedancyjny:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające badanie odruchów strzemiączkowych ipsi i contra jedynie przy czterech, podstawowych częstotliwościach 500, 1000, 2000 i 4000 Hz??

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z bezpiecznym, certyfikowanym medycznie zasilaczem zewnętrznym o parametrach 24 V, 2,5 A?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści audiometr impedancyjny kliniczny spełniający normy dla tympanometrii EN 60645-5, typu 1, bez tympanometrii wieloskładowej (Y,B,G,B/G) ?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuści audiometr impedancyjny kliniczny spełniający normy dla tympanometrii EN 60645-5, typu 1, bez tympanometrii wieloskładowej (Y,B,G,B/G).

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści audiometr impedancyjny kliniczny spełniający normy dla tympanometrii EN 60645-5, typu 1, z tonem pomiarowym dla tympanometrii 226 Hz, bez podanych w opisie przedmiotu zamówienia tonów pomiarowych 678 Hz i 800 Hz?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuści audiometr impedancyjny kliniczny spełniający normy dla tympanometrii EN 60645-5, typu 1, z tonem pomiarowym dla tympanometrii 226 Hz, bez podanych w opisie przedmiotu zamówienia tonów pomiarowych 678 Hz i 800 Hz

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza następujące zakresy pomiaru:

- Częstotliwość 226 Hz: od -10 do +10 mmho,
- Częstotliwość 678 Hz: od -21 do +21 mmho,
- Częstotliwość 1000 Hz: od -32 do +32 mmho?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza tony pomiarowe 226 Hz, 678 Hz oraz 1000 Hz?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza tony pomiarowe 226 Hz, 678 Hz oraz 1000 Hz ale nie wymaga.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuszcza pomiar odruchów z mięśnia strzemiączkowego przy pobudzeniu bodźcami 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, BBN, HPN, LPN?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza pomiar odruchów z mięśnia strzemiączkowego przy pobudzeniu bodźcami 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, BBN, HPN, LPN

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w dotykowy, kolorowy ekran LCD z oprogramowaniem w języku angielskim z czytelnym i intuicyjnym systemem ikonograficznym i słownym?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuszcza zewnętrzną drukarkę termiczną (wydruk jest aktywowany za pomocą przycisku na panelu przednim tympanometru)?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z:
„*Głowica zastępcza na czas napraw gwarancyjnych*”
na:

„*Sonda zastępcza na czas napraw gwarancyjnych*”?

Odpowiedź :

Zamawiający zmienił na : „*Aparat zastępczy na czas napraw gwarancyjnych*”

Pytanie 11:

(Załącznik nr 6 do SWZ ZP 03/2024 – Umowa - wzór):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wprowadzenia zapisu w § 7 o treści:

„*Zamawiający dopuszcza przekroczenie czasu naprawy określonego w § 7 ust. 7 i/lub ust. 8 pod warunkiem zapewnienia sprzętu zastępczego.* ”

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody, to Wykonawca sam wskazuje w umowie termin naprawy sprzętu.

Pytanie 12:

(Załącznik nr 6 do SWZ ZP 03/2024 – Umowa - wzór):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wprowadzenia zmian w zapisie § 8 ust. 1 o treści:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie i instalacji oraz za przekroczenie terminu naprawy części lub całości urządzenia lub oprogramowania w okresie gwarancji, nie więcej niż 15 % wartości brutto umowy.”

Na treść:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie i instalacji oraz za przekroczenie terminu naprawy części lub całości urządzenia lub oprogramowania w okresie gwarancji, nie więcej niż 15 % wartości brutto umowy. W przypadku, gdy dojdzie do przekroczenia terminu naprawy części lub całości urządzenia lub oprogramowania w okresie gwarancji, a Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze do czasu zakończenia naprawy kara umowna nie zostanie naliczona.”

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni
Lekarskiej SP ZOZ w Gorzowie Wlkp.


ppłk rez. lek. med. Stanisław Konefał

