

## ODPOWIEDŹ NR 5 ZP 03/2024

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gorzowie Wlkp. w odpowiedzi na zapytania informuję, że:

### Część 2 Audiometr impedancyjny:

#### Pytanie 1:

Proszę uzasadnić odrzucenie zasilacza medycznego o parametrach 24V 2,5A ?

#### **Odpowiedź :**

Zamawiający dopuści zasilacz medyczny o parametrach 24V 2,5A.

DYREKTOR

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni  
Lekarskiej SP ZOZ w Gorzowie Wlkp.

  
ppłk rez. lek. med. Stanisław Konefał